

合成アルコール品質規格

試 験 項 目		表 示 法	9 9 度	9 5 度
性 状		合格または 不合格	無色透明で浮遊物等を 含まず、異臭を有しない	無色透明で浮遊物等を 含まず、異臭を有しない
エ タ ノ ー ル 分 (エチルアルコール分)		容量%	9 9 . 5 以上	9 5 . 0 以上
蒸 発 残 分		mg/100ml	1 . 0 以下	1 . 0 以下
有 機 不 純 物	① メタノール (メチルアルコール)	mg/L	(⑥に合算)	2 0 以下
	② 2-プロパノール (イソプロピルアルコール)	mg/L	7 0 以下	7 0 以下
	③ 1-ブタノール (n-ブチルアルコール)	mg/L	5 0 以下	5 0 以下
	④ アセトアルデヒド	mg/L	7 以下	7 以下
	⑤ n - ペンタン	mg/L	1 以下	—
	⑥ 規格値を定めた物質以 外の有機不純物	mg/L	②、③、④及び⑤以外の 物質の合計として 2 0 以下	①、②、③及び④以外の 物質の合計として 2 0 以下
重 金 属		検出の有無	検出しない	検出しない
塩 化 物		検出の有無	検出しない	検出しない

改訂 : 2026. 7. 17